

以一般常溫常壓之空氣作為介質，依流量範圍不同，其檢定及檢查之公差應符合表 2 規定。

表 2

流量 Q	檢定及檢查公差
$Q_{\min} \leq Q < Q_t$	$\pm 2\%$
$Q_t \leq Q \leq Q_{\max}$	$\pm 1\%$

4.9 有效期間

氣油比檢測儀之檢定合格有效期間為 6 個月，自附加檢定合格印證之日起至附加檢定合格印證月份之次月始日起算 6 個月止。

5. 檢定合格印證

氣油比檢測儀之檢定合格印證位置在本體之外殼開啟處，以金屬片與封印穿鎖後壓印，並得將該檢定合格有效期間另標示於器具正面明顯處。